

ESCLARECIMENTO Nº 02
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS MICROBIOLÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

Em cumprimento ao disposto no item 13 do Edital, a EMASA vem publicar esclarecimento referente ao instrumento em apreço.

O questionamento foi respondido pela Analista Químico da EMASA, Marta Eliane Doumer, lotada no Departamento de Qualidade de Água, através do Processo Eletrônico nº 85.776/2024

Questionamento:

Referente ao item 1 – SUBSTRATO CROMOGÊNICO: Será aceito substrato cromogênico ONPG/MUG ao invés de CPRG/MUG?

RESPOSTA: Não. Somente substrato cromogênico definido como CPRG/MUG, com desenvolvimento de coloração magenta. A fundamentação para a seleção do substrato se encontra no ETP anexo ao certame. Em síntese, a escolha se deve as vantagens de eliminar/minimizar equívocos na interpretação de um resultado positivo e dispensar o uso de um comparador auxiliar, o que se traduz em redução de custos.

assinado digitalmente
Tanyara Lilian Grein Bisi
Agente de Contratação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F01-7AA0-617B-FD19

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



TANYARA LILIAN GREIN BISI (CPF 072.XXX.XXX-03) em 14/06/2024 11:22:45 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://emasa.1doc.com.br/verificacao/4F01-7AA0-617B-FD19>